

プレスリリース [2021年8月13日]

(計1枚)

新型コロナワクチンの廃棄について

市内の医療機関で新型コロナワクチン保管用の冷蔵庫が規定温度（2℃～8℃）を超え、一定時間を経過したことにより、ファイザー社製ワクチン18バイアル（108回分）を廃棄することとなりましたので、お知らせします。

■経過

8月12日（木）

医療機関職員が冷蔵庫の温度の定期確認の際に温度計が22℃になっていた。

附属している冷凍庫が半ドア状態となっていたために、冷蔵庫の温度が規定温度を超えたと考えられる。

同日、市が回収し、廃棄した。

■市の対応

ワクチンを保管する施設に対して、ワクチン保管用冷蔵庫の適正な温度管理について改めて周知徹底し、再発防止に努めます。

■ 本件に関するお問い合わせ先

保健所保健予防課臨時接種担当課長 中村 TEL 042-785-4199