

プレスリリース [2021 年 9 月 2 日]

(計 1 枚)

### 新型コロナウイルスワクチンの廃棄について

市内医療機関で、ファイザー社製ワクチン 105 バイアル (630 回分) を廃棄することとなりましたので、お知らせします。

#### ■経過

9 月 1 日 (水)

医療機関職員が、冷蔵庫内温度の定期確認の際、庫内温度が 17℃になっていることを確認した。

ワクチン保管用冷蔵庫の故障により、庫内温度が規定温度 (2℃～8℃) を超えたと考えられる。

規定温度を超えたワクチンは、同日、市が回収し、廃棄した。

#### ■市の対応

ワクチンを保管する施設に対して、ワクチン保管用冷蔵庫の適正な温度管理について、慎重を期するよう周知徹底し、再発防止に努めます。

#### ■ 本件に関するお問い合わせ先

保健所保健予防課臨時接種担当課長 中村 TEL 042-785-4199